

# t3000 FC

## Wireless K-Type Thermometer

### 安全须知

访问 [www.fluke.com](http://www.fluke.com) 以注册您的产品并获取更多信息。

**警告**表示可能对用户造成危险的状况和操作。

#### 警告

为了防止可能发生的触电、火灾或人身伤害：

- 仔细阅读所有说明。
- 请仅将产品用于指定用途，否则可能减弱产品提供的防护。
- 应按照指定的测量类别、电压或电流额定值使用。
- 请勿触摸大于 30 伏交流均方根、42 伏交流峰值或 60 伏的直流电压。
- 请勿在爆炸性气体、蒸汽周围或在潮湿环境中使用产品。
- 如有损坏，请不要使用产品。
- 如产品工作异常，请勿使用。
- 操作本产品前请确保电池盖关闭且锁定。
- 当显示电池电量不足指示时请更换电池，以防测量不正确。
- 请由经过认可的技术人员维修产品。
- 仅使用指定的备件。
- 请勿直接连接主电源。

为确保安全运行和维护产品：

- 如果长期不用仪器，请将电池取出，以防电池泄漏而损坏仪器。
- 如果发生电池泄漏，使用前请先修复本产品。
- 请确保电池极性正确，以防电池泄漏。
- 电池含有危险化学物质，可能造成灼伤或爆炸。如果接触到化学物质，请用水清洗并及时就医。

表 1.符号

符号	含义
	危险。重要信息。请参阅手册。
	危险电压
	双重绝缘
	电池
	接地
	符合欧盟指令。
	符合相关的北美安全标准。
	符合澳洲的相关 EMC 要求。
	符合韩国相关 EMC 标准。
	本产品符合 WEEE 指令 (2002/96/EC) 的标识要求。粘贴的标签指示不得将电气/电子产品作为家庭垃圾丢弃。产品类别：根据 WEEE 指令附录 I 中的设备类型，本产品被归类为第 9 类“监测和控制仪器”产品。请勿将本产品作为未分类的城市废弃物处理。请访问 Fluke 网站了解回收方面的信息。

## 安全技术指标

工作温度 ..... -10 ° C 至 +50 ° C

工作海拔 ..... ≤2000 m

### 有限保证和责任限制

Fluke 保证本产品从购买日起三年内，没有材料和工艺上的缺陷。本项保证不包括保险丝、可弃置的电池或者因意外、疏忽、误用或非正常情况下的使用或处理而损坏的产品。经销商无权以 Fluke 的名义提供其它任何保证。保证期间，如果有维修上的需要，请先联系离您最近的 Fluke 授权服务中心获取返修授权信息，然后将损坏的产品（附上故障说明）送到该中心。

本项保证是您唯一可以获得的补偿。除此以外，Fluke 不作其它任何明示或暗示的保证，例如适用于某一特殊目的的保证。Fluke 不对基于任何原因或推测的任何特别、间接、偶发或后续的损坏或损失负责。由于某些州或国家不允许将暗示保证或偶发或后续损失排除在外或加以限制，故上述的责任限制或许对您不适用。

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands



**FLUKE**®